

**WYJAŚNIENIE NR 1  
do Zapytania ofertowego z dnia 21.07.2022r**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.07.2022r na:  
„Dostawę zestawu do ultradźwięków i elektroterapii”**

Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytania od jednego z Wykonawców do Zapytania ofertowego z dnia 21.07.2022r.

Poniżej przedstawiam treść Zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią (wyjaśnieniami) udzielonymi przez Zamawiającego:

**TREŚĆ ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 1:**

**Pytanie 1 dot. Stołu rehabilitacyjnego do kinezyterapii.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z elektryczną regulacją funkcji Pivota, o wymiarach : 205x64cm z zagłówkiem regulowanym w zakresie : -70/+40 stopni ?

**TREŚĆ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający nie dopuszcza stołu rehabilitacyjnego o szerokości 64 cm.

**TREŚĆ ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dwupółkowy stolik pod aparaturę o wymiarach : 430x540x890mm (głębokość x szerokość x wysokość) z koszem na akcesoria? Półki stolika posiadają stałą wysokość bez możliwości regulacji.

**TREŚĆ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający nie dopuszcza stolika dwupółkowego, bez możliwości regulacji wysokości dwóch półek.

**DYREKTOR**

*mgr Barbara Kowal*