

Znak postępowania: SP.SAN.ZA.253.5.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa urządzeń i sprzętu do rehabilitacji dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

LP.	Nazwa	J.M.	Ilość	Opis
1.	Wielosondowe urządzenie do laseroterapii	szt	1	1) Biostymulator laserowy sterowany mikroprocesorem 2) kolorowy duży wyświetlacz (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym, +/- 10% 3) Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń 4) Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) 5) Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych 6) Czujnik do pomiaru mocy lasera 7) Możliwość stosowania jako aparat przenośny 8) Zegar sterujący czasem zabiegu: 1 s. -99 min 9) Zasilanie: 230 V / 50 Hz / 50 VA 10) Masa aparatu: 2.5kg +/- 10% 11) Wyposażenie : -Sterownik, -Okulary ochronne – 2 sztuki -etykiety ostrzegawcze na drzwi, -Sonda skanująca 480mW / 660nm+808nm (R+IR), -Mobilny statyw skanera z półką na aparat -Sonda S-3N 808 nm / 400 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy) Okres gwarancji – min. 24 miesiące
2.	Stół rehabilitacyjny	szt	1	1) Stół rehabilitacyjny fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r. 2) Stół rehabilitacyjny dwusekcyjny z elektryczną zmianą wysokości 3) Zagłówek regulowany w zakresie -80 do + 45 stopni 4) Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 450 – 950 mm 5) Wymiary leżyska 1950 x 680 mm (+/- 10 mm)

				6) Waga stołu do 55 kg 7) Wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu 8) W zagłówek stołu wycięcie na twarz 9) Uchwyt na ręczniki montowany do stołu 10) Stół wyposażony w układ jezdny z hamulcem centralnym 11) Tapicerka – wykonana z wysokiej jakości materiału skóropodobnego, odpornym na przetarcia, łatwym w czyszczeniu i dostępnym w szerokiej gamie kolorów. Okres gwarancji – min. 24 miesiące
3.	Cztero - stanowiskowe urządzenie do inhalacji solankowych	szt	1	1) System inhalacji wielostanowiskowych 2) System do inhalacji przy użyciu generatora aerozoli umożliwia inhalację mgłą solankową o zakresie cząstek 0,5 do 30 mikronów 3) Za pomocą techniki hydrocyklonowania można uzyskiwać wydajność 0,5-1,5 l/godz. solanki zamienionej na aerozol 4) W generatorze można stosować roztwór różnych soli w zakresie stężenia do 5% 5) System można wykorzystywać do maksymalnie 5 stanowisk inhalacyjnych, do inhalacji zbiorowej, celkowej lub w grotach solnych. 6) Wersja 4- stanowiskowa obowiązująca 7) wymiary stanowiska (wys. x szer. x gł.): 1520 x 810 x 640 mm (+/- 10 %) 8) Generator aerozoli: zbiornik na solankę, system sterowania, system rozprowadzenia aerozolu, wąż do inhalacji 60 cm (+10cm) – 4 sztuki, maska do inhalacji - 4 sztuki. Konstrukcja generatora wykonana z materiału kompozytowego wzmacniania włóknem szklanym 9) Zasilanie: 230 V/50Hz; 300 VA. 10) Konstrukcja stanowiska wykonana z materiału kompozytowego wzmacniania włóknem szklanym. 11) Nogi konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej Okres gwarancji – min. 24 miesiące

Przedmiotem zamówienia jest również:

a) wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych – po roku użytkowania (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) i na zakończenie okresu gwarancji – dla urządzeń określonych w pozycjach – 1,2,3 niniejszego zestawienia tabelarycznego.

b) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dla urządzeń określonych w pozycjach – 1,2,3 niniejszego zestawienia tabelarycznego.